



Αρ. Φακ.: 13.25.002.15
Αρ. Τηλ.: 22609354
Αρ. Φαξ: 22609353

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
90 (1) (γ) - ΑΠΟ €15.001 ΕΩΣ €50.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.73(Ι)/2016

Προς: Διευθυντή / Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή,

Από: Επιτροπή Αξιολόγησης

Όνομα

Υπογραφή

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Συντονιστής
2. GERALD DORFLINGER	Μέλος
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	Μέλος

Στοιχεία Διαγωνισμού:

Αρ. Διαγωνισμού: ΥΥ01/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια chart paper rolls for automatic water level recorders (ανταλλακτικά για υδρολογικά όργανα)

Είδος Προτεινόμενης Σύμβασης: Προμήθεια

Ημερομηνία Έγκρισης από Αν. Διευθυντή: 25/2/2019

Κριτήριο Ανάθεσης: Η ανά τεμάχιο πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία Αποστολής Προσκήσεων για Υποβολή Προσφορών: 22/4/2019

Ημερομηνία και Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών: 13/05/2019 12:00

Τόπος Υποβολής των Προσφορών:

Κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 100 -110, Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία.

Συστημένη ταχυδρομική επιστολή.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pparacharalambous@wdd.moa.gov.cy.

Πιστώσεις: Κεφ./ Άρθρο: Άρθρο 03207.2 – Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού, Κωδικός Δραστηριότητας 01.

Εκτίμηση Τμήματος εκτός Φ.Π.Α.: €15,900.00

Ανάλυση Εκτίμησης: Η εκτίμηση, που αναφέρεται, είναι το διαθέσιμο ποσό που υπάρχει στον προϋπολογισμό για την προμήθεια αυτή. Θα ζητηθούν προσφορές (ανά τεμάχιο) και θα αποφασιστεί πόσα τεμάχια θα αγοραστούν, ώστε η συνολική τιμή να μην υπερβαίνει το ποσό που υπάρχει στον προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό δηλαδή €15.900 +Φ.Π.Α.

Διάρκεια Σύμβασης: Δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Αναφορικά με το πιο πάνω Διαγωνισμό, με βάση τους Κανονισμούς 9(3), 14 και 33 της Κ.Δ.Π. 201/2007, σας υποβάλλεται συνημμένα το **Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης** με την επιμέρους Αξιολόγηση των Προσφορών που υποβλήθηκαν.

Επισυνάπτονται συμπληρωμένα τα Έντυπα των Δηλώσεων Ευσυνειδησίας και Αμεροληψίας της Επιτροπής Αξιολόγησης (Παράρτημα 1).

Αρ. Διαγωνισμού: ΥΥ01/2019

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια chart paper rolls for automatic water level recorders (ανταλλακτικά για υδρολογικά όργανα)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε:

Την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Metrica ΑΕ για την τιμή μονάδος των €19,60. Βάσει του διαθέσιμου κονδυλίου (€15,900) η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε την προμήθεια 810 μονάδων «chart paper rolls» στην συνολικό τιμή των €15876,00 συν ΦΠΑ.

Λήψη Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης:

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1. Έγκριση

Συμφωνώ / δεν συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1. Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 201/2007), πρέπει απαραίτητα να προβείτε στην Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Η Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνεται με γραπτή επιστολή προς όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, με την οποία θα ενημερώνονται για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τα Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης.

2.2. Υπογραφή Συμφωνίας

Να προβείτε στην υπογραφή Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα. Τα έξοδα χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για την υπογραφή της Συμφωνίας με τον επιτυχόντα Προσφέροντα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό υπόδειγμα Συμφωνίας στα Πρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την Σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Καταχώρηση Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Treasury – Public Procurement Directorate eProcurement). Ισχύει και για τις δύο κατηγορίες Συμβάσεων με βάση τα Άρθρα 90 (1) (β) και 90 (1) (γ) του Ν.73(Ι)/2016.

Μετά την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας ή την αποδοχή από τον Ανάδοχο της ανάθεσης της Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Λειτουργός που έχει οριστεί από τον Επαρχιακό Μηχανικό/ Προϊστάμενο Υπηρεσίας, πρέπει απαραίτητα να προβεί στην καταχώρηση της Σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα <https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do>.

4. Βοηθήματα

Οι Νόμοι, Κανονισμοί, Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού και Πρότυπα Επιστολών Γνωστοποίησης που αναφέρονται παραπάνω που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευέστε για τις Γνωστοποιήσεις και την Υπογραφή της Σύμβασης, βρίσκονται στα Βοηθήματα που είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά στο Δίκτυο του Τμήματος.

.....
Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Αν. Διευθυντή

Ημερομηνία

Κοιν.: Προϊστάμενο Υπηρεσίας (Συντονιστή Σύμβασης),

Επιτροπή Αξιολόγησης / Επιτροπή Παραλαβής,

Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων. (Σε περίπτωση Διαφωνίας με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης/Πρακτικό Ακύρωσης Διαγωνισμού, να παραπεμφθεί μαζί με τις απόψεις/σχόλια του Διευθυντή ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του Διευθυντή, στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την λήψη οριστικής απόφασης)

Οι κοινοποιήσεις να γίνονται μετά την υπογραφή για έγκριση ή μη έγκριση από τον Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Διευθυντή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τον πιο πάνω Διαγωνισμό *λήφθηκε* μια (1) *προσφορά*, όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ανοίγματος που *επισυνάπτεται* (Παράρτημα 2).

Πίνακας 1: ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΕΣ	
A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1	Metrica AE

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού είχαν σταλεί και στους κύριους C&V Kriticos Suppliers LTD οι οποίοι απάντησαν ότι τελικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, παρόλο που κατά την προκαταρκτική διαβούλευση μάς ενημέρωσαν ότι θα συμμετείχαν, όπως φαίνεται στην αλληλογραφία στο **Παράρτημα 3**. Επίσης στο Παράρτημα 3 επισυνάπτονται οι προσκλήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και διευκρινιστικό ερώτημα που υποβλήθηκε πριν την λήψη των προσφορών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, στις εξής Συναντήσεις:

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ
1	29 Μαΐου 2019	08:00	Υπηρεσία Υδρομετρίας

Λόγω της απλότητας της διαδικασίας το Πρακτικό Ανάθεσης Σύμβασης ισχύει και ως Πρακτικά των παραπάνω Συναντήσεων.

Ενημερώθηκαν γραπτώς ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεγκτής και ο Λογιστής ΤΑΥ ως προς τον ακριβή χρόνο και τόπο διεξαγωγής των συνεδριών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι επιστολές **επισυνάπτονται** (Παράρτημα 4).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

1.1 Εξέταση πληρότητας τεχνικών προσφορών

Κατά την εξέταση της πληρότητας της Τεχνικής Προσφοράς η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι:

1. Οι Προσφορά ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 και στις παραγράφους 5.2 και 5.3 των Εγγράφων του Διαγωνισμού

Όλα τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που αξιολογήθηκαν σε αυτή τη φάση καταγράφονται στον Πίνακα 3, όπως επίσης και τα αποτελέσματα της εξέτασης της πληρότητας της τεχνικής προσφοράς. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται με ένα «√» ή ένα «X» ανάλογα με το εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό.

Πίνακας 3: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Τεχνική Προσφορά (Έντυπο 2)	√
Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης - Τεχνικές Προδιαγραφές (Έντυπο 1)	√
Δήλωση ότι το προϊόν κατασκευάζεται εντός Ε.Ε.	√

Υπόμνημα:

√	Σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού
X	Δεν πληροί τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού
Δ.Ε.	Δεν εφαρμόζεται

1.2 Εξέταση συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με τις τεχνικές προδιαγραφές

Το αποτέλεσμα της εξέτασης της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με τις τεχνικές προδιαγραφές που ελέγχθηκε σε αυτή τη φάση καταγράφεται στον Πίνακα 4. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται με ένα «√» εάν είναι θετικό ή ένα «X» αν είναι αρνητικό.

Πίνακας 4: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Είδος	Εξοπλισμός / όργανο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Είδος	Chart paper rolls for automatic water level recorders (ανταλλακτικών για υδρολογικά όργανα)	√

Υπόμνημα:

-	δεν υπέβαλε προσφορά
√	πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
X	εκτός τεχνικών προδιαγραφών
ΔΕ	Δεν εφαρμόζει

Η αναλυτική εξέταση της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με τις τεχνικές προδιαγραφές **επιսυνάπτεται στο Παράρτημα 5 «Αναλυτική εξέταση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές».**

Οι προσφορά πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και προχωρά στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την εξέταση της οικονομικής προσφοράς.

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

1.3 Εξέταση πληρότητας Οικονομικής Προσφοράς

Τα Έντυπα που ελέγχθηκαν σε αυτή τη φάση καταγράφονται στον Πίνακα 5. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με ένα «√» ή ένα «X» (ανάλογα με το εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό).

Πίνακας 5: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Οικονομική Προσφορά (Έντυπο 4)	√

1.4 Εξέταση τιμών Προσφοράς

Στον Πίνακα 6 καταγράφεται η τιμή Προσφοράς του Προσφερόμενου προϊόντος που έχει περάσει επιτυχώς όλα τα στάδια της αξιολόγησης και πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Έντυπο 1 των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Πίνακας 6: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ		
A/A	Εξοπλισμός / όργανο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (τιμή μονάδας)
Είδος	Chart paper rolls for automatic water level recorders (ανταλλακτικών για υδρολογικά όργανα)	€19,60

Υπόμνημα:

-	δεν υπέβαλε προσφορά
	εκτός τεχνικών προδιαγραφών
Έντονοι χαρακτήρες	Χαμηλότερη τιμή
ΔΕ	Δεν εφαρμόζει

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε σύγκριση της τιμής με προηγούμενη σύμβαση για τα ίδια εξαρτήματα που ανατέθηκε το 2015 (σύμβαση ΥΥ02/2015) όπου η τιμή μονάδος ήταν €14,80. Υπάρχει μια αύξηση τιμής της τάξης των 30% μεταξύ των δύο προσφορών. Εντούτοις, η προσφερόμενη τιμή μονάδος των €19,60 κρίθηκε ως αποδεκτή από οικονομική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για πολύ εξειδικευμένα εξαρτήματα για υδρολογικά όργανα, τα οποία προσφέρονται πλέον μόνο από τον κατασκευαστή των ίδιων των οργάνων.

1.5 Αριθμητικός Έλεγχος

Κατά τον αριθμητικό έλεγχο η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι όλες οι υπολογιστικές πράξεις ήταν ορθές και δεν υπήρξε κανένα αριθμητικό λάθος.

1.6 Απόφαση ανάθεσης

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της Σύμβασης όσον αφορά το Είδος 1 στην εταιρεία Metrica AE για την τιμή μονάδος των €19,60. Βάσει του διαθέσιμου κονδυλίου των €15,900 η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε την προμήθεια 810 μονάδων «chart paper rolls» λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι τα «chart paper rolls» διατίθενται σε συσκευασίες (κουτιά) των

δέκα. Με βάση τα πιο πάνω, η συνολική τιμή για την οποία συστήνεται η ανάθεση της Σύμβασης ανέρχεται σε €15876,00 + ΦΠΑ ενώ η αρχική εκτίμηση του ΤΑΥ ήταν €15900,00 + ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Αναλυτική εξέταση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

1. Ζητούμενο προϊόν: Chart paper rolls for automatic water level recorders (ανταλλακτικών για υδρολογικά όργανα)

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Αποτέλεσμα	Παραπομπή
1.	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
1.1.	<i>Chart paper rolls for use with automatic water level recorders installed at flow gauging stations on rivers and streams</i>	NAI	NAI	Τεχνική Προσφορά
1.2.	<i>Κατασκευαστής – Μοντέλο</i>	NAI	ΟΤΤ 27/019	Τεχνική Προσφορά
2.	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
2.1.	<i>paper width</i>	270mm	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.2.	<i>paper length</i>	12m	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.3.	<i>Perforation, compatible for use on A.Ott R20 and Seba DELTA water level recorders with ink pens</i>	YES	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.4.	<i>Print water resistant (does not fade or blur if paper is wetted)</i>	YES	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.5.	<i>Paper does not shrink or grow with changing humidity</i>	YES	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.6.	<i>horizontal grid</i>	YES	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.6.1	<i>major divisions</i>	1cm	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.6.2	<i>subdivision</i>	every 5mm	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.6.3	<i>labels on subdivision</i>	1-24hrs	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.7.	<i>vertical grid</i>	YES	NAI	Τεχνική Προσφορά
2.7.1	<i>grid height</i>	25cm	NAI	Τεχνική

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Αποτέλεσμα	Παραπομπή
				Προσφορά
2.7.2	<i>major division</i>	1cm	ΝΑΙ	Τεχνική Προσφορά
2.7.3	<i>subdivisions</i>	every 2mm	ΝΑΙ	